

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, Số 07 đường Hồ Đắc Di, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Tổ trưởng tổ mua sắm: PGĐ Võ Kiên Cường, ĐT: 0914046602.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư, phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, Số 07 đường Hồ Đắc Di, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Lưu ý: + Ngoài bì ghi rõ báo giá tên gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi;

+ Không được mở thư chào giá trước 15h 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2023.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 30 tháng 8 năm 2023 đến trước 15h 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế (có phụ lục đính kèm).

2. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý đơn vị ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo BV;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, KD-VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Châu Văn Tuấn

PHỤ LỤC

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ

ST T	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Máy Hệ thống chụp cắt lớp Philips vi tính 16 lát cắt/vòng quay ACCESS CT kèm máy bơm thuốc cản quang	- Kiểm tra bảo dưỡng an toàn và tính hợp lệ của hệ thống; Kiểm tra bảo dưỡng chất lượng hình ảnh; - Kiểm tra các chức năng/ điều chỉnh(Function Check/ Ajustment); - Kiểm tra các phím bấm bảng điều khiển, các thông số kỹ thuật của máy, chạy test các thông số cài đặt vùng chụp.	01	01	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định	Quý 4/2023
2	Máy Xquang kỹ thuật số DR DM	-Kiểm tra, bảo dưỡng tủ điều khiển; Kiểm tra bóng phát tia X chiếu và chụp; -Kiểm tra và bảo dưỡng bàn chiếu + chụp. Kiểm tra hoạt động của máy.	01	01	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định	Quý 4/2023
3	Máy phân tích huyết học tự động NIHON KOHDEN	-Kiểm tra thiết bị tất cả nguồn điện, Kiểm tra toàn diện về cơ học các chuyển mạch và các nút điều khiển, hệ thống đường dẫn, ống nối của thiết bị với hóa chất pha loãng, hóa chất tẩy rửa, hóa chất phá hồng cầu và nước thải.Vô mỡ các thanh ray chuyển động của 02 kim hút mẫu. -Vệ sinh bộ nguồn, các bo mạch trong máy	01	01	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định	Quý 4/2023
4	Máy phân tích sinh hóa tự động TC MATRIX	-Kiểm tra toàn diện thiết bị, điện nối đất. -Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và phích cắm -Kiểm tra hệ thống đường dẫn, ống nối của thiết bị tới bình nước cất, nước rửa máy -Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận phía trong máy gồm motor khay hóa chất, moto khay mẫu bệnh	01	01	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định	Quý 4/2023

		phẩm -Vệ sinh kim hút mẫu, kim khuấy, bộ rửa kim hút mẫu kim khuấy.				
5	Hệ thống máy ELISA tự động (Chromate 433, Stat Fax 2600, Stat Fax 2200)	-Kiểm tra tất cả thiết bị điện. -Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp. -Vệ sinh bộ quang bước sóng -Vệ sinh bộ vi tính kết nối với máy -Vệ sinh bộ bơm máy rửa khay -Vệ sinh quạt gió bộ nhiệt độ máy ủ - Chạy test lưu lượng thuốc rửa, nước rửa máy rửa. -Chạy test nhiệt độ và thời gian máy ủ. -Chạy test kết quả máy đo. -Kiểm tra kết nối trả kết quả bệnh nhân.	01	01	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định	Quý 4/2023
6	Hệ thống thiết bị định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ VITEK 2 COMPACT 60	-Kiểm tra toàn diện thiết bị, điện nối đất. -Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và phích cắm -Kiểm tra các bảng điều khiển, các thông số kỹ thuật của máy. -Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp, các công tắc cảm biến car kháng sinh đồ. -Làm sạch các cảm biến hồng ngoại góc quay. -Chạy test mật độ quang bóng đèn	01	01	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định	Quý 4/2023
7	Kính hiển vi	Bảo trì bảo dưỡng 4 hệ thống; Giá đỡ, phóng đại, chiếu sáng, điều chỉnh	02	01	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định	Quý 4/2023
8	Máy đo chức năng Hô hấp HI 801 CHEST	Kiểm tra toàn diện thiết bị, điện. màn hình chính, bàn phím chế độ đo FVC và SVC, đầu dò cảm ứng.	01	01	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định	Quý 4/2023
	Tổng cộng: 09 Thiết bị Y tế					

